



Tárgy: Válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre 6.
Ügyintéző: dr. Gondos Kitti
Telefonszám: 72/501-500/22372

Tisztelt Ajánlattevő!

Tájékoztatom, hogy a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) által „GINOP-2.3.3-15-2016-00025 jelű pályázat keretében megvalósuló laboratóriumi eszközpark kialakítása speciális sejtek funkcionális analizésére a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyban indított, a Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatban írásban érkezett kiegészítő tájékoztatás keretében feltett kérdésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

10. ajánlati rész: Kvantitatív valós idejű PCR rendszer beszerzése

Kérdés 1./ Jól értelmezzük, hogy az alábbi elvárt műszaki paraméter „Amennyiben hiba megállapítását követően cserekészülékre lenne szüksége az ajánlatkérőnek, akkor a szerviz szakember általi hiba megállapítást követően 4 munkanapon belül ajánlattevőnek biztosítania kell azt az ajánlatkérő részére” jótállási időn belülrre vonatkozik?

Válasz 1./ . Igen, a jótállási időn belüli műszaki hiba elhárításra és cserekészülék rendelkezésre bocsájtásra vonatkozik a kiírás.

Kérdés 2./ Jól értelmezzük, hogy az alábbi elvárt műszaki paraméter: „A készülék optikai rendszere rendelkezzen 5 gerjesztési és 5 detekciós hullámhossznak megfelelő csatornákkal” esetében a megajánlott készüléknek legalább 5 gerjesztési és 5 detekciós hullámhossznak megfelelő csatornával kell rendelkeznie, és több csatornával rendelkező készülék is megfelelő?


Válasz 2./ 5 gerjesztési és 5 detekciós csatorna megléte az elvárt paraméter, de ha több csatornával rendelkezik az eszköz, azt természetesen elfogadjuk.

Kérdés 3./ Az alábbi műszaki paraméter esetében: „A készülék detektáló csatornái szabadon kombinálhatóak legyenek, a meglévő 5 csatorna felett virtuális csatorna létrehozására is lehetőség van” az ajánlatkérő a virtuális csatorna létrehozásának lehetőségét egyenértékűnek tekinti-e a megajánlásra kerülő készülékben beállítható valós csatornákkal?

Válasz 3./ Valós csatorna nem váltja ki a virtuális csatorna létrehozhatóságát.

Pécs, 2017. november 15.

Tisztelettel,


Dr. Csécsesi Henrietta
Ajánlatkérő képviselőjeként