



Tárgy: Válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre 7.
Ügyintéző: dr. Gondos Kitti
Telefonszám: 72/501-500/22372

Tisztelt Ajánlattevő!

Tájékoztatom, hogy a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) által „**GINOP-2.3.2-15-2016-00049 jelű pályázat keretében megvalósuló szintetikus kismolekulák előállítására, azonosítására és karakterizálására szolgáló műszeregyüttes beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére**” tárgyban indított, a Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatban írásban érkezett kiegészítő tájékoztatás keretében feltett kérdésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

Kérdés 1./ Az eljárás 4. ajánlati részében a következő műszaki követelmény szerepel:
„méréshez szükséges mintamennyiség: $\leq 200 \mu\text{l}$ ”


Kérdésünk, hogy Ajánlatkérő elfogadja-e a $\leq 250 \mu\text{l}$ méréshez szükséges mintamennyiség megajánlását?

Válasz 1./ Igen, Ajánlatkérő elfogadja.

Felhívjuk a T. Gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a fentiekre tekintettel a közbeszerzési dokumentumok vonatkozó rendelkezései – többek között az ajánlattételi határidő – módosításra kerülnek, a korigendumnak a TED-en történő megjelenéséről Ajánlatkérő tájékoztatást ad, továbbá a http://kozbeszerzes.pte.hu/kozbeszerzesi_eljarasok_2017 honlapon is elérhetővé teszi.

Pécs, 2018. március 21.

Tisztelettel,


Dr. Csécei Henrietta
Ajánlatkérő képviselőjében

