



Tárgy: Válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre 2.
Ügyintéző: dr. Gondos Kitti
Telefonszám: 72/501-500/22372

Tisztelt Ajánlattevő!

Tájékoztatom, hogy a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) által „GINOP-2.3.2-15-2016-00049 jelű pályázat keretében megvalósuló szintetikus kismolekulák előállítására, azonosítására és karakterizálására szolgáló műszeregyüttes beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyban indított, a Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatban írásban érkezett kiegészítő tájékoztatás keretében feltett kérdésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

Kérdés 1./ A 6. ajánlati rész (izoterm titráló kaloriméter) tekintetében szeretnénk kérdést feltenni:

A megadott műszaki paramétereknél, mit értenek pontosan a kalorimetrikus mérési pontosságon?

Válasz 1./ A készülékkel végzett 10 mérés relatív standard deviációja kisebb, mint 0.10 % és a mérések átlaga kevesebb, mint 0.10 %-al tér el az irodalmi (általánosan elfogadott) értéktől.

Pécs, 2018. március 12.

Tisztelettel,

Dr. Csécsi Henrietta
Ajánlatkérő képviselőjeként

Biróné Dr. Czeinger Mariann
közbeszerzési főosztályvezető

BIRÓNÉ DR. CZEINGER MARIANN
FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI
SZAKTANÁCSADÓ
LAJSTROMSZÁM: 00051