



Tárgy: Válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre 3.
Ügyintéző: dr. Gondos Kitti
Telefonszám: 72/501-500/22372

Tisztelt Ajánlattevő!

Tájékoztatom, hogy a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) által „GINOP-2.3.2-15-2016-00049 jelű pályázat keretében megvalósuló szintetikus kismolekulák előállítására, azonosítására és karakterizálására szolgáló műszeregyüttes beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyban indított, a Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatban írásban érkezett kiegészítő tájékoztatás keretében feltett kérdésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

Kérdés 1./ Az eljárásban a 4. ajánlati rész elnevezése „Jelölésmentes molekulák bimolekuláris interakciójának valós idejű vizsgálatára alkalmas berendezés (SPR - Surface Plasmon Resonance) beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére”, továbbá a műszaki leírás bevezetőjében a következő szerepel: „A szóban forgó berendezés SPR (Surface Plasmon Resonance), BLI (Bio-Layer Interferometry) vagy RIDe (Reflectometric Interference Detection) elv alapján képes jelölés mentesen a bimolekuláris interakciók nyomon követésére.”

Kérdésünk Ajánlatkérő felé, hogy az említetteken kívül más jelölésmentes technológiával működő berendezés is megajánlható-e, amennyiben az teljesíti a műszaki leírás elvárásait?

Válasz 1./ Ajánlatkérő elfogad más jelölésmentes technológiával működő berendezésre irányuló megajánlást is, amennyiben az teljesíti a műszaki leírás elvárásait.

Pécs, 2018. március 12.

Tisztelettel,

Dr. Csései Henrietta
Ajánlatkérő képviselőjeként

Biróné Dr. Czeininger Mariann
Közbeszerzési Igazgatóság vezetője
BIRÓNÉ DR. CZEININGER MARIANN
FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI
SZAKTANÁCSADÓ
LAJSTROMSZÁM: 00051