



Tárgy: Válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre 6.  
Ügyintéző: dr. Gondos Kitti  
Telefonszám: 72/501-500/22372

### Tisztelt Ajánlattevő!

Tájékoztatom, hogy a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) által „GINOP-2.3.2-15-2016-00049 jelű pályázat keretében megvalósuló szintetikus kismolekulák előállítására, azonosítására és karakterizálására szolgáló műszeregyüttes beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyban indított, a Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatban írásban érkezett kiegészítő tájékoztatás keretében feltett kérdésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:


**Kérdés 1./** A Közbeszerzési dokumentum III. rész: Műszaki leírás című fejezetében a „2. ajánlati rész: Gázkromatográf-tömegspektrométer (GC-MS) rendszer beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” vonatkozóan az elvárt műszaki paraméterek között a következő műszaki paraméter szerepel: Kolonna tér lehűtési sebessége 450°C-ról 50°C-ra (minimum 3,5 perc).

Kérdés: A minimum 3,5 perc kifejezés alatt azt kell értenünk, hogy a kolonna tér lehűtési sebessége 450°C-ról 50°C-ra kevesebb, mint 3,5 perc alatt történjen meg?

**Válasz 1./** Igen, a GC kollonátérben 450C-50C ra történő lehűlésnek 3,5 perc alatt kell megtörténnie.

Pécs, 2018. március 19.

Tisztelettel,

  
Dr. Csécsi Henrietta  
Ajánlatkérő képviseletében

