

Pécsi Tudományegyetem, Kancellária, Közbeszerzési Igazgatóság

7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b.

Biróné dr. Czeininger Mariann részére**Tárgy: Előzetes vitarendezési kérelem** „Korszerű műtéti és diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán

Tisztelt Hölgyem!

Alulírott Ónody Péter, a **HOGE Orvosi Műszer Kft.** (1033 Budapest, Szőlőkert u. 7.) önálló cégjegyzésre jogosult ügyvezetője bejelentem, hogy a fent hivatkozott eljárás ajánlattételi felhívásával, „közbeszerzési dokumentumával” és műszaki leírásával kapcsolatban a Kbt. 80. § (1) bekezdés b) pontja alapján.

előzetes vitarendezési kérelmet

terjesztünk elő a tisztelt Ajánlatkérőhöz.

Az eljárási cselekmény jogsértőnek tartott elemei, ajánlattevő javaslatai, észrevételei, álláspontját alátámasztó adatok:

A dokumentáció részeként elküldött, a műszaki és technikai elvárásokat tartalmazó műszaki leírás valamint a PTE/4520-4/2017 számú kiegészítő tájékoztatás áttekintését követően az alábbi megállapításokat kell tegyük:

- 5/1. rész Fóliahegesztő berendezés

Hegesztési hőmérséklet pontossága: minimum: +-1%	Igen	
--	------	--

A hatályos szabvány (DIN 58953-7) szerint a pontosság értéke +/- 5°C. Egyes készülékeken az alacsonyabb érték irányába fokként állítható, akár +/- 1 °C-ig. Kérjük az elvárást ennek megfelelő módosítani!

- 5/1. rész Fóliahegesztő berendezés

Varratszélesség: 10 mm -0% +10%	Igen	
---------------------------------	------	--

Ezen érték + 10 %-ban történő korlátozása erősen versenykorlátozó. A legtöbb gyártó varratszélessége 12 és 15 milliméter közé esik, amelyek biztonságosabb zárást adnak. Kérjük az elvárást ennek megfelelő módosítani és legalább 15 mm szélességig a megajánlást lehetővé tenni!

- 5/2. rész Gőzsterilizáló autokláv 6 STE

Számítógépes hálózatra köthető (távoli elérés céljából)	Igen	
---	------	--

A meghivatkozott kiegészítő tájékoztatás alapján lehet közvetett módon is biztosítani a hálózatra köthetőséget. Értelmezésünk szerint, aki ilyen módon tesz ajánlatot, annak egy számítógépet és annak szoftvereit is meg kell ajánlania, mert csak úgy teljesül a vállalása. Ebben az esetben biztosítható az azonos elbírálás, az összehasonlíthatósága az ajánlatoknak. Kérjük ennek megkövetelését és az elvárt paraméter ez irányú kiegészítését!

- 5/2. rész Gőzsterilizáló autokláv 6 STE

A sterilizáló biztonsági rendszerének és a sterilizálási periódusnak a folyamatos kereszt-ellenőrzése az EN-285 és az EN-554 szabványokban megadott határértékek szerint	Igen	
--	------	--

Az EN 554 már nem érvényes szabvány. A hatályos szabvány EN ISO 17665-1. Kérjük az elvárás ennek megfelelő módosítani!

- 6. rész Gőz- formalinsterilizáló autokláv 4 STE

3 Bar-os központi gőzről üzemeltethető, villamos energia fogyasztása nem lehet több mint 5 kW	Kérjük megadni	
---	----------------	--

A kiegészítő tájékoztatás a következőket tartalmazta:

„A plusz energia nem áll rendelkezésre. A szükséges csatlakozások átalakítása beleértve a szükséges villamos kiépítéseket is a szállító feladata.”

Értelmezésünk szerint az értékelési szempont gyakorlatilag úgy lett kialakítva, hogy csak ez a megoldás kerülhessen ki győztesen, hiszen Ajánlatkérő tisztában van vele, saját bevallása szerint is, hogy nincs elég energia a telepítési helyen. Álláspontunk szerint azzal, hogy érvényes ajánlat adható csak elektromos kivittel is úgy, hogy az elektromos ellátás kiépítését ajánlattevő vállalja saját költségére, ez az értékelési szempont jogosulatlan előnyhöz juttatja a gőzüzemű berendezés megajánlóját. Ezért kérjük az értékelési szempont törlését! Továbbá ismételten kérjük az elegendő energiával rendelkező kapcsolószekrény és a telepítési hely közötti távolság és nyomvonal megadását vagy helyszíni szemle biztosítását!

- 6. rész Gőz- formalinsterilizáló autokláv 4 STE

Számítógépes hálózatra köthető (távoli elérés céljából)	Igen	
---	------	--

A meghivatkozott kiegészítő tájékoztatás alapján lehet közvetett módon is biztosítani a hálózatba köthetőséget. Értelmezésünk szerint, aki ilyen módon tesz ajánlatot, annak egy számítógépet és annak szoftvereit is meg kell ajánlania, mert csak úgy teljesül a vállalása. Ebben az esetben biztosítható az azonos elbírálás, az összehasonlíthatósága az ajánlatoknak. Kérjük ennek megkövetelését és az elvárt paraméter ez irányú kiegészítését!

- 6. rész Gőz- formalinsterilizáló autokláv 4 STE

A sterilizáló biztonsági rendszerének és a sterilizálási periódusnak a folyamatos keresztellenőrzése az EN-285 és az EN-554 szabványokban megadott határértékek szerint	Igen	
---	------	--

Az EN 554 már nem érvényes szabvány. A hatályos szabvány EN ISO 17665-1. Kérjük az elvárás ennek megfelelő módosítani!

Kérjük a tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a fentiek figyelembe vételével módosítsa a műszaki leírásban megfogalmazott előírásait, így biztosítva a lehetőségét az érvényes ajánlat tételre és nyissa meg a versenyt szakmai értékelési szempontok törlésével, módosításával!

Üdvözlettel:



Kovács Péter
üzletág igazgató

Budapest, 2017. február 9.