

Tisztelt Ajánlattevő!

A Pécsi Tudományegyetem (PTE), mint ajánlatkérő a „**Eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar részére a Modern Városok Program keretein belül 5.**” tárgyú közbeszerzési eljárásában 2018. január 17. napjáig beérkezett kiegészítő tájékoztatáskérésre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

1. KÉRDÉS

15. ajánlati rész: Inverz Mikroszkóp

- Inverz kialakítású mikroszkóp váza manuális vagy motorizált változatát szeretnék/részesítik előnyben?

- Epifluoreszcens megvilágításnál szeretnék az egész látható tartományt megvilágítani, vagy elfogadnak hideg fényforrású LED-es megoldást is többféle hullámhosszal?

- Epifluoreszcenciához a pontos szűrők meghatározásához kérem írják le, hogy mely festékeket szeretnék alkalmazni.

-Egyszerre egy csatornát, vagy több-csatornát (2-3) szeretnének szimultán epifluoreszcens megvilágítás alatt mérni?

- Színes kameránál a kamerának kell lennie belső (például SD kártyának) tárhelynek?

Kiegészítés: epifluoreszcens megvilágítást mono kamerákon keresztül nézünk, így a színes kamerán kell, hogy legyen fekete/fehér üzemmód.

- Időzített felvételeket a kamerán kell beállítani, vagy a kamerát vezérlő szoftvernek, vagy time-lapse felvételekre gondolnak?

AJÁNLATKÉRŐ 1. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

- Ajánlatkérő az inverz mikroszkóp esetében elegendőnek tartja a manuális vázat.

- Ajánlatkérő elfogadja a LED-es fényforrást. Minimum 3 hullámhosszal: DAPI, Cy3, Cy5.

- Ajánlatkérő számára egyszerre egy csatorna megvilágítása elegendő.

- Ajánlatkérő 8 Gbyte tárhelyet kért. A tárhely lehet SD kártya is.

-Az időzített felvételek esetében Ajánlatkérő elsősorban time-lapse felvételekre gondolt.

2. KÉRDÉS

5. rész: Géldokumentációs rendszer:

- Elfogadnak-e laboratóriumi eszközök szállításáról szóló referenciát nettó 2,260,000.00 HUF értékben?

AJÁNLATKÉRŐ 2. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Ajánlatkérő a felhívásban előírtak szerint az 5. ajánlati rész esetében géldokumentációs rendszer szállításából származó referenciával kéri igazolni ajánlattevők műszaki, illetve szakmai alkalmasságát.

3. KÉRDÉS

megnevezésű pályázat 4. árajánlati részéhez (Bodypletizomográf) kapcsolódóan

A műszaki leírásban szereplő paraméter:

Elvárt műszaki paraméter	Minimális elvárás	Megajánlott termék paraméterei
Nagyméretű, öt oldalán üvegfelülettel ellátott kabin	Igen	

Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti-e olyan készülék megajánlását, amelyhez tartozó pletizomográfias kabin körben, négy oldalán rendelkezik nagyméretű üvegfelülettel. Ezen nagyméretű üvegfelületeknek köszönhetően a kabin kellően világos, a páciens számára megfelelő térérzetet biztosít, ezáltal az a mérés pontosságát és a megajánlott készülék egyéb, műszaki paramétereit hátrányosan nem befolyásolja.

AJÁNLATKÉRŐ 3. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Ajánlatkérő az egyenértékűséget elfogadja, ennek megfelelően a műszaki leírást az alábbiak szerint módosította:

Elvárt műszaki paraméterek	Minimális elvárás	Megajánlott termék paraméterei
Nagyméretű, négy vagy öt oldalán üvegfelülettel ellátott kabin	Igen	

Pécs, 2018. 01. 19.

Tisztelettel:

Dr. Csécsei Henrietta
Ajánlatkérő képviselőjében

Biróné Dr. Czelníger Mariann
közbeszerzési fősztályvezető

