

Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésekre

Tisztelt Ajánlattevő!

A Pécsi Tudományegyetem (PTE), mint ajánlatkérő a „**Eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar részére a Modern Városok Program keretein belül 5.**” tárgyú közbeszerzési eljárásában 2018. január 22. napjáig beérkezett kiegészítő tájékoztatáskérésre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

1. KÉRDÉS

Kérjük mielőbbi szíves tájékoztatásukat, hogy a fenti ajánlati dokumentáció **6. sz. ajánlati részében szereplő ultramélyhűtő** esetén elfogadják-e egyenértékűnek ha:

- a külső – belső térfogat aránya jóval kisebb, mint 2,7; a megadott minimum tárolási kapacitásnak bőven megfelel, de a megadott ajtóméreten beférő modell hasznos térfogata **510 liter helyett 480 liter?**
- a megjelenítő panel esetén a specifikációban megadott paraméterek mindegyikét képes megjeleníteni, de nem egyidejűleg?

AJÁNLATKÉRŐ 1. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

- Ajánlatkérő nem fogadja el egyenértékűnek.
- Ajánlatkérő nem fogadja el egyenértékűnek.

2. KÉRDÉS

6. rész: ultramélyhűtő

Az elvárt minimum követelmények között szerepel a

Figyelmeztető jelzések min.: abnormális környezeti hőmérséklet (≥ 35 vagy ≤ 0), alacsony hálózati feszültség, hőmérséklet határértékek túllépése, hálózati feszültség kimaradás, nyitott ajtó jelzés, akkumulátor élettartam figyelés hőmérséklet érzékelők funkció ellenőrzése, hőcserélő hőmérséklete, ventilátorok működőképessége, **független hűtőkörök működése**, akkumulátor bekapcsolva

minimum elvárás.

A független hűtőkörös – vagy másképpen dual cooling (TwinGuard) - elvárásnak tudomásunk szerint csak egy gyártó készüléke felel meg – Panasonic -, ezért ez a termékspecifikus követelmény erősen versenykorlátozó.

Az ultra-fagyasztó gyártók többsége a **kétkompresszoros, cascade rendszer** - és **nem a független hűtőkörök** - megoldást használja, CO2 back-up rendszerrel a minták biztonságos megőrzésére. CO2 back-up háttérrel a hőmérséklet - 70 °C-on tartósan fenntartható egy esetleges szervizelés idején is.

Fentieket figyelembe véve értelemszerűen a minimumkövetelmények között szereplő „független hűtőkörök működése „ a figyelmeztető jelzések között sem jelenik meg.

A Kbt. 2 § -ban felsorolt kitételek alapján a súlyos versenykorlátozás feloldására, a szabad verseny biztosítása érdekében kérjük tisztelettel Ajánlatkérőt a „független hűtőkörök működése” kitévelt a fegyelmeztető jelzések minimum elvárásokból kivenni szíveskedjék.

AJÁNLATKÉRŐ 2. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Ajánlatkérő a minimumkövetelményeken változtatni nem kíván. Ismereteink szerint dual cooling technológiájú ultramélyhűtőt Magyarországon több gazdasági szereplő is forgalmaz.

Pécs, 2018. 01. 23.

Tisztelettel:

Dr. Csécsői Henrietta
Ajánlatkérő képviselőjében

