

Tárgy: válasz 2018.01.29. napján beérkezett
kiegészítő tájékoztatás kérésekre

Tisztelt Ajánlattevő!

A Pécsi Tudományegyetem (PTE), mint ajánlatkérő a „**Orvosi, laboratóriumi és audiovizuális eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar részére a Modern Városok Program keretein belül 4.**” tárgyú közbeszerzési eljárásában 2018. január 29. napján beérkezett kiegészítő tájékoztatáskérésre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

1. KÉRDÉS

6. rész:

„Az eszközzel szemben támasztott általános követelmények:

vegyszerálló, biztonságos használat, pontos hőmérsékleti kontrol, **kompatibilis a már meglévő IKA ETS-D5 típusú kontakt hőmérővel** (pontosabb hőmérséklet szabályozás, DIN 12878 szerinti aljzat)”

A 6. részben szereplő fűthető mágneses keverő műszaki paraméterei egy olyan fűthető mágneses keverő műszaki paramétereire illenek, mely nem kompatibilis a már meglévő IKA ETS-D5 típusú kontakt hőmérővel. Amennyiben kompatibilisnek kell lennie, kérjük az ellentmondás feloldását, a fűthető mágneses keverő műszaki specifikációjának módosítását a következők szerint:

Max. keverhető térfogat (víz), min.: 10 l

Fűtőteljesítmény, min.: 1000W

Munkafelület mérete 180x180 mm tól 200x200 ig

Tömeg, max. 6kg

Kérjük a fenti javaslatok elfogadását!

AJÁNLATKÉRŐ 1. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Ajánlatkérő álláspontja szerint nincs ellentmondás a műszaki leírásban, ennek megfelelően Ajánlatkérő a műszaki leíráson nem kíván változtatni.

2. KÉRDÉS


A 7. részben szereplő Rotációs vákuumbepárlónál elfogadható-e olyan termék, melynek hőmérsékleti tartománya min. szobahőmérséklet – 180°C terjed? (A rotációs vákuumbepárlók nem rendelkeznek hűtéssel, így a 20°C paraméter nem teljesíthető, csak a „szobahőmérséklet”, ellenkező esetben a kiírás teljesíthetetlen célra irányul.)

Függőleges hűtővel és bevonatos üvegfeltéttel rendelkező verzió megfelelő Önöknek?

AJÁNLATKÉRŐ 2. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Ajánlatkérőnek a kérdésben szereplő paraméterekre vonatkozó előírása nincs, amennyiben a készülék a részletes műszaki leírásban szereplő feltételeket teljesíti megfelelő, amennyiben nem teljesíti, akkor Ajánlatkérő számára nem megfelelő.

Ajánlatkérő a 20°C-ot szobahőmérsékletnek tekinti.

**3. KÉRDÉS**

A 10. részben szereplő asztali autoklávhoz szükséges-e gyorsítót rendszer?

AJÁNLATKÉRŐ 3. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Amennyiben a készülék a részletes műszaki leírásban szereplő feltételeket teljesíti megfelel, amennyiben nem teljesíti, akkor Ajánlatkérő számára nem megfelelő.

4. KÉRDÉS

A 17. részben szereplő Húthető asztali centrifugával kapcsolatos kérdéseink:

- Megfelelő-e olyan kilendülőfejes rotor, mely 10 db 29x115 mm-es 50 ml-es kónikus csöveket képes befogadni?

- Megfelelő-e olyan kilendülőfejes rotor, kosárral és csőtartóval, mely alkalmas legalább 36 db., 17x 128 mm kónikuscső egyidejű centrifugálására?

AJÁNLATKÉRŐ 4. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

- A fenti paraméterek nem felelnek meg Ajánlatkérő számára. A műszaki leírás szerint az eszközzel szemben elvárt minimumkövetelmény:

Olyan kilendülőfejes rotorral és kosárral, csőtartóval ellátott, mely alkalmas legalább 8 db., 30x 115 mm vérvételi cső egyidejű centrifugálására	Igen, kérjük megadni	
---	----------------------	--

- A kérdésben szereplő paraméter az Ajánlatkérő által előírt minimumkövetelményeket teljesíti, ennek az egy pontnak megfelel.

Olyan kilendülőfejes rotorral és kosárral, csőtartóval ellátott, mely alkalmas legalább 16 db., 17x 118 mm vérvételi cső egyidejű centrifugálására	Igen, kérjük megadni
--	----------------------

A szállítandó eszközzel szemben valamennyi, a részletes műszaki leírásban felsorolt méretű és mennyiségű csövek centrifugálása a követelmény. Amennyiben a rotor/rotorok összességében ezt teljesítik, megfelelő a készülék, amennyiben nem, úgy az eszköz nem megfelelő.

Pécs, 2018.02.01.

Tisztelettel:


Dr. Csécsi Henrietta
Ajánlatkérő képviselőjeként

