

Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás
kéresekre

Tisztelt Ajánlattevő!

A Pécsi Tudományegyetem (PTE), mint ajánlatkérő a „Eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar részére a Modern Városok Program keretein belül 5.” tárgyú közbeszerzési eljárásában 2018. február 2. napjáig beérkezett kiegészítő tájékoztatáskérésre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

1. KÉRDÉS

5. ajánlati rész, géldokumentációs rendszer:

Az általunk megajánlani kívánt készülékünk alap beállított bit mélysége 12 bit, de EDR (Extended Dynamic Range) funkcióval használható 16 biten. Elfogadják ezt a specifikációt?

AJÁNLATKÉRŐ 1. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Amennyiben a megajánlani kívánat készülék az eredetileg kért 16 bitet valóban tudja EDR alatt akkor igen, ha ezt a 12 bit-ből csinálja és csak szoftveresen 16 bit akkor nem.

2. KÉRDÉS

5. ajánlati rész, géldokumentációs rendszer:

A minimum követelményekben az expozíciós idő minimum 0,01-60 másodperc között lett megállapítva. Mivel a technológiai leírásban az szerepel, hogy DNS, RNS és fehérje tartalmú agaróz és poliakrilamid géleket szeretnének detektálni, így ehhez ilyen hosszú expozíciós idő nem szükséges és nem is javasolt, mivel a hőmérsékleti zaj pár másodperces expozíció után már jelentős, ha a fent említett kísérletekhez megfelelő nem hűtött kameráról van szó. A minimumkövetelményekben továbbá szerepel a rendszer bővíthetősége kemilumineszcens detektálásra. Ebben az esetben az általunk ajánlott készülék kapna egy hűtött kamerát is, mellyel szélesebb expozíciós idő érhető el. Számokban: az általunk megajánlani kívánt készülék alap expozíciós ideje 0,02-4 másodperc, ha pedig tovább fejlesztik kemilumineszcens detektálásra, akkor 0,02 másodperc és 23 óra 59 perc közötti expozíciós idő érhető el. Elfogadható ez a specifikáció Önöknek?


AJÁNLATKÉRŐ 2. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Nem fogadható el, figyelemmel arra, hogy a minimumkövetelményként kért értéket nem teljesíti.

3. KÉRDÉS

5. ajánlati rész, géldokumentációs rendszer:

A minimumkövetelményekben auto fókusz funkció megléte szerepel. Elfogadható olyan készülék, melynek gyakorlati szempontból nem auto fókusza van, hanem amikor közelítés (zoom in) során a fényképezni kívánt kép fókuszban van, akkor azután fókuszban is fog maradni, ha távolítunk a tárgytól (zoom out), mivel a kamera fókusz korrigál.



AJÁNLATKÉRŐ 3. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Nem fogadható el, figyelemmel arra, hogy minimumkövetelmény az autó fókusz megléte.

4. KÉRDÉS

5. ajánlati rész, géldokumentációs rendszer:

A „Legyen képes a képfájlba legalább az expozíciós adatokat rögzíteni Exchangeable image file format (Exif) funkció” minimumkövetelmény esetében elfogadható olyan készülék, mely JPG, BMP, TIFF és a gyártó saját fájlformátumát képes kezelni, ez utóbbit lehet módosítani és megjelenít minden fontosabb információt: dátum, idő, expozíciós idő, festék stb...

AJÁNLATKÉRŐ 4. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Nem fogadható el, mert a követelmény a képformátumba kódolt exif adat megléte.

5. KÉRDÉS

5. ajánlati rész, géldokumentációs rendszer:

A minimumkövetelményekben a TIF fájl formátum és ezen formátum importjának a támogatása szerepel. Megajánlható olyan szoftver a készülékkel, mely a TIFF formátumot és annak importját támogatja? Gyakorlati szempontból szerintünk a két formátum között nincs különbség.

AJÁNLATKÉRŐ 5. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Igen, megajánlható.

6. KÉRDÉS

11. ajánlati rész, hűthető asztali centrifuga:

Megajánlható-e olyan szögrotorral, mely alkalmas 24 db 1,5 ml-es eppendorf cső centrifugálására, 15,000 rpm-el?

AJÁNLATKÉRŐ 6. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

A műszaki leírásban szereplő minimumkövetelmény:


Olyan szögrotorral, mely alkalmas legalább 24 db 1,5 ml-es eppendorf cső centrifugálására	Igen, megadni	kérjük	
---	---------------	--------	--

Amennyiben a megajánlott rotorral a centrifuga az összes minimum követelményként előírtparaméternek megfelel akkor igen, elfogadható.

7. KÉRDÉS

11. ajánlati rész, hűthető asztali centrifuga:

Megajánlható-e olyan kilendülőfejes rotorttal és kosárral, csőtartóval ellátott, mely alkalmas 6 db, 29x 115 mm Falcon cső egyidejű centrifugálására?



AJÁNLATKÉRŐ 7. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

A műszaki leírásban szereplő minimumkövetelmény:

Olyan kilendülőfejes rotorttal és kosárral, csőtartóval ellátott, mely alkalmas legalább 4 db., 30x 116 mm vérvételi cső egyidejű centrifugálására	Igen, kérjük megadni
--	----------------------

Tehát a fenti megajánlás nem fogadható el, mivel a paraméter nem teljesíti a kért minimumkövetelményt.

Pécs, 2018. 02. 02.

Tisztelettel:


Dr. Csécsesi Henrietta
Ajánlatkérő képviselőjében

BÍRÓNÉ DR. CZEININGER MARIANN
FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERÉSI
SZAKTANÁCSADÓ
LAJSTROMSZÁM: 00051