



Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésekre

Tisztelt Ajánlattevő!

A Pécsi Tudományegyetem (PTE), mint ajánlatkérő a „**Eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar részére a Modern Városok Program keretein belül 5.**” tárgyú közbeszerzési eljárásában 2018. február 5. napján beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

1. KÉRDÉS

Az „MVP_ÁOK5_műszaki_leírások_1_16” elnevezésű dokumentumban meghatározott műszaki paraméterek tekintetében az alábbi kérdésre várjuk szíves tájékoztatásukat:

11. rész: hűthető asztali centrifuga tartozékokkal:

A kérdés az eszközzel szemben támasztott általános követelményeire vonatkozik, melynek részlete szerint: Az elérhető fordulatszám legyen legalább 5000 rpm Falcon csövek, és 18000 rpm eppendorf csövek esetén.

KÉRDÉS: Tapasztalatunk szerint a többi követelménynek megfelelő típusú centrifugák nagyságrendileg tizedannyi fordulatszámon képesek Eppendorf-csövek centrifugálására. Kérjük megerősíteni, hogy elírás történt és megajánlható olyan centrifuga, amelynek elérhető fordulatszáma 18 000 rpm Eppendorf csövek esetén!

AJÁNLATKÉRŐ 1. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Ajánlatkérő a műszaki leírást a következőképpen módosítja:

Az eszközzel szemben támasztott általános követelmények:

Hűthető asztali centrifuga, mely alkalmas 50 és 15 ml Falcon csövek, valamint 1,5 ml Eppendorf csövek 4 C-on való centrifugálására

A Falcon csövek centrifugálásához kilendülő fejes, az eppendorf csövekhez szögrotor szükséges. Az elérhető fordulatszám legyen legalább 5000 rpm Falcon csövek, és ~~18000~~ **18 000** rpm eppendorf csövek esetén. Ezen kívül programozható hűtött centrifugálást tesz lehetővé, ami biztosítja a hőérzékeny minták stabilitását.

TÁJÉKOZTATÁS AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL:

A Kbt. 52. § (4) bekezdése értelmében „Az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi vagy részvételi határidőt,

- a) ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő az 56.§-ban meghatározottak szerinti időben kérte, nem tudja az előírt határidőben teljesíteni, vagy
- b) ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja.”

A fent hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel tájékoztatom, hogy Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakra tekintettel az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosítása mellett döntött, ezért az ajánlattételi határidő módosításra került. **Ajánlatkérő Korrigendumot adott fel.**



A módosított ajánlattételi határidő: **2018. február 20. 14:00 óra!**

Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 55.§ (1) bekezdése alapján módosítja a felhívásban, illetve a dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentáció elektronikusan megküldésre kerül azon ajánlattevők részére, akik a közbeszerzési dokumentáció letöltését ajánlatkérő részére jelezték, valamint feltöltésre kerül ajánlatkérő honlapjára.

Pécs, 2018. 02. 05.

Tisztelettel:

Dr. Csécsi Henrietta
Ajánlatkérő képviselőjeként

