



Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésekre

Tisztelt Ajánlattevő!

A Pécsi Tudományegyetem (PTE), mint ajánlatkérő a „**Eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar részére a Modern Városok Program keretein belül 5.**” tárgyú közbeszerzési eljárásában 2018. február 6. napján beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

1. KÉRDÉS

8. ajánlati rész: Hordozható élősejt monitorizáló és vizsgáló műszer

Elvárt műszaki paraméterek: nagyítás min.: 100X

Kérdésünk, mivel a várható alkalmazásban a 100X nagyítás értelmezhetetlen, elfogad- e ajánlatkérő min. 10 X nagyítást?

AJÁNLATKÉRŐ 1. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Igen, Ajánlatkérő elfogadja a fenti paramétert.

2. KÉRDÉS

8. ajánlati rész: Hordozható élősejt monitorizáló és vizsgáló műszer

Elvárt műszaki paraméterek: képfelbontás min.: 1280x7250 pixel

Az 1280 x 7250 pixeles felbontás nem lehet valós érték, elfogadja-e ajánlatkérő az általában szokásos 1280 x 720 pixeles felbontást?

AJÁNLATKÉRŐ 2. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Igen, Ajánlatkérő elfogadja a fenti paramétert.

Pécs, 2018. 02. 07.

Tisztelettel:

Dr. Csécsi Henrietta
Ajánlatkérő képviselője

Biróné Dr. Czeininger Mariann
közbeszerzési főosztályvezető

