

**Tárgy:** válasz kiegészítő tájékoztatás  
kérdésekre

Tisztelt Ajánlattevő!

A Pécsi Tudományegyetem (PTE), mint ajánlatkérő a „**Eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar részére a Modern Városok Program keretein belül 5.**” tárgyú közbeszerzési eljárásában 2018. február 8. napján beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

### 1. KÉRDÉS

14. ajánlati rész CO<sup>2</sup> inkubátor – műszaki leírás

Az „elvárt műszaki paraméterek” között az alábbi előírás szerepel:  
„Hőmérséklet tartomány: minimum szobahő +3°C-tól +50°C-ig”

*Kérdésünk, elfogadható-e olyan készülék, aminek hőmérséklet tartománya: +5°C-tól +50°C-ig*

### AJÁNLATKÉRŐ 1. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Nem fogadható el olyan készülék, amely nem tudja biztosítani a hőmérsékletet szobahő+3°C – tól szobahő + 50°C-ig. Ennek a követelménynek a szobahő +5°C-tól szobahő +50°C-ig terjedő tartomány nem felel meg.

### 2. KÉRDÉS

14. ajánlati rész CO<sup>2</sup> inkubátor – műszaki leírás

Az „elvárt műszaki paraméterek” között az alábbi előírás szerepel:

„Rozsdamentes, korrózió rezisztens acél belső tér és polcok”

*Kérdésünk: Elfogadható-e olyan készülék, mely belső kamrája és polcainak anyaga rézzel ötvözött rozsdamentes acél? Ez az ötvözet korróziómentes és antibakteriális tulajdonsággal rendelkezik.*


### AJÁNLATKÉRŐ 2. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Igen, elfogadható olyan készülék, mely belső kamrája és polcainak anyaga rézzel ötvözött rozsdamentes acél.

### 3. KÉRDÉS

14. ajánlati rész CO<sup>2</sup> inkubátor – műszaki leírás

Az „elvárt műszaki paraméterek” között az alábbi előírás szerepel:  
„Magas hőmérsékletű min. 200 C-os sterilizációs program”



*Kérdésünk: elfogadható-e olyan készülék, amely a magas hőmérsékletű sterilizálást 11 óra alatt elvégzi 180°C –on?*

**AJÁNLATKÉRŐ 3. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

Ajánlatkérő nem fogad el olyan készüléket, amely a magas hőmérsékletű sterilizálást 11 óra alatt elvégzi 180°C –on. Ajánlatkérő elvárása a magashőmérsékletű sterilizációs programmal kapcsolatosan 200°C.

**4. 4. KÉRDÉS**

14. ajánlati rész CO<sup>2</sup> inkubátor – műszaki leírás

Az „elvárt műszaki paraméterek” között az alábbi előírás szerepel:

„Dupla szigetelésű inkubátor”

*Kérdésünk: Mi értenek dupla szigetelésen? Elfogadható-e olyan készülék, mely megfelel az IEC előírásnak, ami maximum 65°C felületi hőmérsékletet enged meg?*

**AJÁNLATKÉRŐ 4. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

Ajánlatkérő elfogad olyan készüléket, mely megfelel az IEC előírásnak, ami maximum 65°C felületi hőmérsékletet enged meg.

Pécs, 2018. 02. 13.

Tisztelettel:

Dr. Csécsi Henrietta  
Ajánlatkérő képviselőjében

Biróné Dr. Czeininger Mariann  
közbeszerzési főosztályvezető

