

Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás
kéresekre

Tisztelt Ajánlattevő!

A Pécsi Tudományegyetem (PTE), mint ajánlatkérő a „**Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére**” tárgyú közbeszerzési eljárásában 2018. 04. 23. napjáig beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre az alábbi kiegészítő tájékoztatást, választ adja:

1. KÉRDÉS

Tisztelettel érdeklődni szeretnék, hogy az opciós tételek esetén hogyan kell ajánlatot tenni?

A felolvasó lapon nem szerepel külön sor az alapmennyiségnek és az opciós mennyiségnek!

Külön felolvasólapon szerepeltessük az opciós mennyiség összárát, vagy a saját felolvasó lapján nyissunk neki új sorokat?

Vagy a felolvasólapon a nettó ajánlati egységárat kell szerepeltetni és az összesítő táblázatban az összárát?

AJÁNLATKÉRŐ 1. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

A felolvasó lapon az opciós tételek nélküli nettó ajánlati árat kérjük feltüntetni az **árrészletező** excel táblázat **P oszlopában** szereplő **Mindösszesen nettó ajánlati ár opció nélkül** értékkel megegyezően. Az opciós tételekre tett megajánlást az árrészletező táblában kérjük szerepeltetni.

2. KÉRDÉS

6_Diagnosztikai műszerek

6/2. rész Betegőrző monitor

RESP (Légzés)	Igen	
Mérés mellkasi ellenállás (impedancia) változásából	Igen	
Mérési tartomány	min. 0-120 légzés/perc	

Kérdés: Megajánlható-e olyan páciens monitor amelynek Resp paraméter mérési tartománya 3-150 légzés/perc?

AJÁNLATKÉRŐ 2. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:


Igen, megajánlható, Ajánlatkérő módosította a műszaki leírást. A 6. ajánlati rész tekintetében módosított műszaki leírást jelen válaszuk mellékleteként megküldjük.

3. KÉRDÉS

6/2. rész Betegőrző monitor

TEMP (Hőmérsékletmérés)	Igen	
Hőmérsékletmérés két csatornán	Igen	
Mérési tartomány	min. 10-45°C	

Kérdés: Megajánlható-e olyan páciens monitor amelynek Temp paraméter mérési tartománya 25-45°C?

**AJÁNLATKÉRŐ 3. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

Igen, megajánlható, Ajánlatkérő módosította a műszaki leírást. A 6. ajánlati rész tekintetében módosított műszaki leírást jelen válaszuk mellékleteként megküldjük.

4. KÉRDÉS

**28. rész Központi monitorrendszer 8 db monitorral (Központi monitor + Ágymelletti monitor)
Ágymelletti monitor**

Hőmérsékletmérés		
min.1 független csatornán	Igen	
Mérési tartomány: minimum 10-45 °C	Igen Kérjük megadni	

Kérdés: Megajánlható-e olyan páciens monitor amelynek Temp paraméter mérési tartománya 25-45°C?

AJÁNLATKÉRŐ 4. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Igen, megajánlható, Ajánlatkérő módosította a műszaki leírást. A 28. ajánlati rész tekintetében módosított műszaki leírást jelen válaszuk mellékleteként megküldjük.

5. KÉRDÉS

Tisztelettel kérném megerősítésüket az alábbi kérdésben:

A közbeszerzési dokumentációban található "EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM" azon részei, ahol azt írják, hogy az "AJÁNLATKÉRŐ NEM ÍRJA ELŐ AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓK MEGADÁSÁT!", törölhetők az ajánlati dokumentációból, vagy csak hagyjuk üresen a válaszoknak kihagyott helyet?

AJÁNLATKÉRŐ 5. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Az ESPD formanyomtatványból pontok nem törölhetők, azt teljes egészében - adott esetben egyes pontokat üresen hagyva - szükséges benyújtani.

6. KÉRDÉS

Háromfunkciós manuális állítható betegágy 50 db

Ajánlatkérő elfogadja-e magasság állítás: lábpedál helyett a kézzel fokozatmentesen állítható vagy elektromotoros megoldást, ezzel megszüntetve a műszaki leírás idevonatkozó részeinek versenyszűkítő előírásait.

AJÁNLATKÉRŐ 6. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

A műszaki leíráson Ajánlatkérő nem kíván változtatni. A fenti megoldást Ajánlatkérő nem fogadja el.


7. KÉRDÉS

Háromfunkciós manuális állítható betegágy 50 db

Ajánlatkérő elfogadja-e a magasság állítási tartományt +/- 10 %-os eltéréssel, ezzel megszüntetve a műszaki leírás idevonatkozó részeinek versenyszűkítő előírásait.

AJÁNLATKÉRŐ 7. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

A műszaki leíráson Ajánlatkérő nem kíván változtatni. A fenti megoldást Ajánlatkérő nem fogadja el.



8. KÉRDÉS

Háromfunkciós manuális állítható betegágy 50 db

Rácsháló: megajánlható-e rácshálós fekvőfelület helyett műanyag vagy CPL betétes fekvőfelület, ami lényegesen egyszerűbben és könnyebben tisztítható, fertőtleníthető, továbbá a matrac is teljesen sík, egységes felületen fekszik.

AJÁNLATKÉRŐ 8. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

A műszaki leíráson Ajánlatkérő nem kíván változtatni. A fenti megoldást Ajánlatkérő nem fogadja el.

9. KÉRDÉS


Háromfunkciós manuális állítható betegágy 50 db

Ajánlatkérő az Oldalrác esetében elfogadja-e az egy oldalon 2 részre osztott ABS műanyag oldalrác párt?

AJÁNLATKÉRŐ 9. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

A műszaki leíráson Ajánlatkérő nem kíván változtatni. A fenti megoldást Ajánlatkérő nem fogadja el.

Pécs, 2018. 04. 23.


Dr. Csécei Henrietta
Ajánlatkérő képviselője
BIRÓNÉ DR. CZEININGER MARIANN
FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERÉSI
SZAKTANÁCSADÓ
LAJSTROMSZÁM: 00051