

Tárgy: válasz 2018.01.10. napján beérkezett
kiegészítő tájékoztatás kérésekre
Ügyintéző: Biróné dr. Czeininger Mariann
Elérhetőség: +36 30 894-1637

Tisztelt Ajánlattevő!

A Pécsi Tudományegyetem (PTE), mint ajánlatkérő a „**Orvosi, laboratóriumi és audiovizuális eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar részére a Modern Városok Program keretein belül 4.**” tárgyú közbeszerzési eljárásában 2018. január 10. napján beérkezett kiegészítő tájékoztatáskérésre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

1. KÉRDÉS

8. Rész: Vegyszerálló vákuumrendszer

- Az általános követelményeknél 10 mbar alatti vákuumot kérnek, a specifikációban már 7 mbar. Melyiket fogadják el? 7-10 mbar közötti megfelelő?
- Elfogadnak-e a végső nyomás gázballaszt értékre 18 mbar?
- Elfogadnak-e nyomás és szívó oldali csatlakozást 8 mm-es átmérővel, amelyhez 10 mm-es átalakítót ad a gyártó?

AJÁNLATKÉRŐ 1. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

- A Vegyszerálló vákuumrendszer eszközzel szemben támasztott részletes követelmények között meghatározott elvárt műszaki paraméterek szerint a **Végső nyomás max.: 7 (absz.) (mbar)**, így a 7-10 mbar közötti végső nyomás érték nem felel meg az elvárt minimumkövetelményeknek.
- A Vegyszerálló vákuumrendszer eszközzel szemben támasztott részletes követelmények között meghatározott elvárt műszaki paraméterek szerint a **Végső nyomás gázballaszt max. 12 (mbar)**, így a 18 mbar végső nyomás gázballaszt érték nem felel meg az elvárt minimumkövetelményeknek.
- Igen, Ajánlatkérő elfogadja a fenti paraméterrel rendelkező eszközt.

2. KÉRDÉS

16. Rész: Mágneses gyöngyös sejtszeparátor

- Nem derül ki a specifikációból, hogy robotról, vagy csak egy egyszerű mágneses tartóról van-e szó. Kérem, részletezzék a specifikációt.

AJÁNLATKÉRŐ 2. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Ajánlatkérő elvárása a Mágneses gyöngyös sejtszeparátor eszközzel szemben, hogy a **szeparálás manuálisan (nem robotikával) végzendő** legyen. Ennek megfelelően Ajánlatkérő a 16. ajánlati részre (Mágneses gyöngyös sejtszeparátor) vonatkozó műszaki leírásban az elvárt műszaki paramétereket **(a módosításokat kiemelve)** pontosította, az alábbiak szerint.

A készülékkel szemben támasztott részletes követelmények:

Elvárt műszaki paraméterek	Minimális elvárás	Megajánlott termék paraméterei
Elvárt jótállási idő (hónapban)	12 hónap	
Megnevezés:		
Állandó mágneses tartó egység (egyszerű állvány, manuális műveletre alkalmas)	Igen	
Legalább 2 oszlop befogadására alkalmas manuális tartó egység	Igen	
Termosztátba helyezhető	Igen	
Külső működési hőmérséklet min.: +4 – 37°C tartományban	Igen	
Nano/mikro gyöngyös szeparálási lehetőség	Igen	
Teljes vér és egyéb sejtpopulációk használata	Igen	
Pozitív szelekció	Igen	
Értékelési szempontok		
Jótállási idő (egész hónapban) min.12 max. 36 hónap	Értékelési szempont Kérjük megadni! Súlyszám: 10	

3. KÉRDÉS

17. Rész: Hűthető asztali centrifuga tartozékokkal

- Elfogadják-e a -9C és +40C közötti hőmérséklet-beállítási lehetőséget?


AJÁNLATKÉRŐ 3. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Ajánlatkérő a 17. ajánlati részre (Hűthető asztali centrifuga tartozékokkal) vonatkozó műszaki leírásban az elvárt műszaki paraméterek között előírta, hogy az eszköz: *Hűthető, hőmérséklet*

beállítható min.: **-10 és +40 °C** között. Így a -9 és +40 °C hőmérséklet beállítási lehetőség nem felel meg az Ajánlatkérő által előírt minimumkövetelményeknek, az nem fogadható el.

Pécs, 2018. 01. 15.

Tisztelettel:


Dr. Csécsi Henrietta
Ajánlatkérő képviselőben

