



**Tárgy:** válasz 2017. 05. 08. napjáig beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre  
**Ügyintéző:** Biróné dr. Czeininger Mariann  
**Elérhetőség:** +36 30 894-1637

Tisztelt Ajánlattevő!

A Pécsi Tudományegyetem (PTE), mint ajánlatkérő a „**Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére**” tárgyú (2017/S 081-155874) közbeszerzési eljárásában 2017. május 8. napjáig beérkezett kiegészítő tájékoztatáskérésekre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

## 1. KÉRDÉS

Az ajánlattételi dokumentáció, Közbeszerzési Dokumentumok, III. Műszaki leírás, 4. részben (Defibrillátor/Monitor készülék) a következő követelmény szerepel:  
„A külső lapátok tárolása a készülékházon kialakított tartón.”

Jól értelmezzük-e, hogy mivel a hordtáska szerves részét képezi a készüléknek (egyben kötelező tartozéka is a Műszaki leírás szerint), megfelel a hivatkozott követelménynek, ha a külső lapátok tárolása az eszköz hordtáskáján kialakított tartón történik?

## AJÁNLATKÉRŐ 1. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Igen, Ajánlattevő jól értelmezi.

## 2. KÉRDÉS

Betegőrző monitorok vonatkozásában:

**1. és 2. rész – Központi monitor:**

Kérdés - Trendidő

Előírt paraméter:

Trend minden mért paraméterre min. 240 óra	Igen
--	------

A 240 óra trend meghaladja a nemzetközileg általánosan elfogadott értéket, ami általában 120 óra.

Kérdés: Megfelelő-e az a megoldás, ami szerint egy képernyőn 120 óra trend látható, azonban az azt megelőző korábbi 120 óra trend is szükség esetén memóriából visszatölthető, utólag is megtekinthető, így teljesítve a 240 óra trendidőt?

## AJÁNLATKÉRŐ 2. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Ajánlattevő által javasolt megoldás nem megfelelő, **Ajánlatkérő elvárása trend minden paramétere min 240 óra.**



### 3. KÉRDÉS

Betegőrző monitorok vonatkozásában:

#### 2. rész – Modul monitor

Kérdés – Monitor súlya

Előírt paraméter:

Modul súlya akkumulátorral együtt max. 1,5 kg	Igen
---	------

Kérdés: Ajánlatkérő elfogadja-e azt a monitort, amelynek súlya akkumulátorral együtt 1,57 kg, tehát 2% eltérést jelent a kiíráshoz képest, azonban a használatot, hordozhatóságot nem befolyásolja?

#### AJÁNLATKÉRŐ 3. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Igen, Ajánlatkérő elfogadja a + 2% eltérést.

**A Műszaki leírás ennek megfelelően módosításra került.**

### 4. KÉRDÉS

#### 3.) rész – MR kompatibilis monitor:

Kérdés:

Előírt paraméter:

Cserélhető belső akkumulátor akár 8 óra üzemidővel	Igen
--	------

A 8 órás akkumulátor idő előírása túlzó, az MR kompatibilis monitorok piacán jelenleg a max. 6 órás akkumulátor idővel rendelkező monitorok vannak jelen. A vizsgálóhelyiségben mindenhol rendelkezésre áll a hálózati tápellátás, az akkumulátoros üzemmódot csak igen kivételes esetben és rövid ideig használják. A belső akkumulátort rendszerint a szerviz cserélhet annak meghibásodása illetve műszaki lejárata ( kb. 2 év) esetén, mivel a monitor megfelelő árnyékolását az akkumulátor cseréje után csak arra kiképzett szakember tudja ismételtelen elvégezni.

Kérdés: Fentiek tükrében megajánlható-e 6 órás kapacitású akkumulátoros üzemmód?

#### AJÁNLATKÉRŐ 4. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy van a hazai piacon 8 órás akkumulátor idővel rendelkező MR kompatibilis monitor. A PTE KK Janus Pannonius Klinikai tömb MR helyiségében NINCS szünetmentes hálózati tápegység!

**Mindezek mellett Ajánlatkérő elfogadja a 6 órás akkumulátor üzemidőt.**

**A Műszaki leírás ennek megfelelően módosításra került.**



## 5. KÉRDÉS

### 3.) rész – MR kompatibilis monitor:

Kérdés

Előírt paraméter:

MR kompatibilis központi, vizsgálóhelyiségben elhelyezett (ismétlő) monitor min. képátló 19"

Kérdés: A gyártók az ismétlő monitor képátlóját a valós MR kompatibilis monitor képátlójának méretéhez szinkronizálják éppen az egyszerű kezelhetőség érdekében. (Ismereteink szerint a piacon nincs olyan gyártó, aki 19" ismétlő monitort ajánlana termékéhez). Az ismétlő monitorról történő vezérléshez a gyártó ugyanazt az érintőképernyő felületet biztosítja, mintha a kezelőszemélyzet az MR kompatibilis monitor képernyőjén dolgozna. Fentiek ismeretében megajánlható-e 19" helyett 15" ismétlő monitor?

### AJÁNLATKÉRŐ 5. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Ajánlatkérő ismeretei szerint van a hazai piacon 19"-s ismétlő monitort ajánló cég. A PTE KK Janus Pannonius Klinikai tömb MR kezelő struktúrája, fényviszonyai miatt, valamint biztonsági okokra hivatkozva a dokumentációban szereplő paramétereken Ajánlatkérő **nem kíván módosítani, tehát az előírt minimum követelmény, mely szerint az MR kompatibilis központi, vizsgálóhelyiségben elhelyezett (ismétlő) monitor min. képátló 19" nem módosul.**

## 6. KÉRDÉS

### 3.) rész – MR kompatibilis monitor:

Kérdés

Előírt paraméter:

Asztali állvány, vezetékes egér és vezetékes billentyűzet

Az általunk megajánlani kívánt ismétlőmonitor rendelkezik állvánnyal, mivel érintő képernyővel rendelkezik, az adatbevitel a képernyőn történik ezért billentyűvel és egérrel nem rendelkezik. Kérdés: Megajánlható-e ebben az esetben a monitor, egér és billentyűzet nélkül, amely így is egyenértékű adatbevitel szempontjából.

### AJÁNLATKÉRŐ 6. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Ajánlatkérő nem fogadja el az Ajánlattevő által írt paraméterekkel rendelkező monitort. Figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő álláspontja szerint az állványzattal rendelkező ismétlőmonitor, jelen kubatura mellett elektronikai biztonsági okokból sem elfogadható a szabadon lengő kábelezés miatt. Az MR-kezelőhelyiség elektromos hálózati berendezése, hálózati tápellátása miatt fix helyen kerül elhelyezésre a monitor, egy már beépített munkaasztalon. Az egér és billentyűzet megléte szükséges, mert az érintőképernyő



„érintésvezérlő” funkciójának sérülése esetén is irányíthatóvá és kezelhetővé válik a betegmonitorozás az MR-helyiségen kívül is.

## 7. KÉRDÉS

**Az 1., 2. és a 3. rész vonatkozásban:**

Ajánlati Felhívás „További információk,, között megjelent VI.3.2.pont:

„Ajánlati biztosíték, helyszíni bejárás, konzultáció nincs”.

Tisztelt ajánlatkérő előírja, hogy a monitorok, illetve a központ monitorok közötti hálózat kiépítése ajánlattevő feladata, része az ajánlatnak, ugyanakkor nem biztosít helyszíni bejárást, sem konzultációt.

Ennek hiányában sem a távolságok a monitorok-központi monitorok között, sem a falszerkezetek, sem a villamossági információk nem mérhetők fel, adatok nem állnak rendelkezésre, nem tudható hogy van-e kiépített kábelcsatorna, elegendő áramforrás, stb.

A hálózatépítés költségei, a munka volumene így nem tervezhető, nem határozható meg felelősség teljesen, ezért kérjük T. ajánlatkérőt a ajánlat benyújtása előtt biztosítsa a bejárás és megfelelő konzultáció lehetőségét.

### AJÁNLATKÉRŐ 7. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Ajánlattevő feladata a szükséges „informatikai hálózat” kiépítése, nem a villamoshálózaté (konnektorok). Ajánlattevő számolhat végpontonként átalányértékkel, mely tartalmazza a kábel csatormázás, végpont kialakítás és a szerelés tervezett költségét.

## 8. KÉRDÉS

**2. rész: Központi monitorrendszer 12 db moduláris monitorral (Moduláris monitor + Központi monitor) beszerzése a PTE részére**

NIBP (Nem invazív vérnyomásmérés)	Igen	
Mérési tartomány min. 40-260 Hgmm	Igen	

Kérjük Ajánlatkérő állásfoglalását, hogy elfogadja el megajánlott termékként azt a betegőrző monitort, amelynél a nem invazív vérnyomásmérés a min. 40-250 Hgmm tartományba esik és amúgy minden más előírt feltételnek megfelel?

Felhívjuk Ajánlatkérő figyelmét arra, hogy az ily mértékű extrém magas systolés vérnyomás értéknél (250 Hgmm vagy 260 Hgmm) orvosilag a beavatkozási gyakorlat nem változik.

Amennyiben nem, úgy kérjük döntésük szakmai indoklását.

**AJÁNLATKÉRŐ 8. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

Ajánlatkérő elfogadja azt a betegőrző monitort, amelynél a nem invazív vérnyomásmérés a min. 40-250 Hgmm tartományba esik és minden más előírt feltételnek megfelel.

A Műszaki leírás ennek megfelelően módosításra került.

**9. KÉRDÉS**

A 2017/S 081-155874 kódszámú „*Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére*” közbeszerzési eljárás, 1. rész: Központi monitorrendszer 9 db moduláris monitorral (Központi monitor + Ágymelletti monitor) vonatkozásában az alábbi kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemmel fordulunk a T. Ajánlatkérő felé:

Az Ajánlati Felhívás/Dokumentáció alapján a megajánlandó monitorrendszerrel szemben támasztott követelmények:

Trend minden mért paraméterre min. 240 óra	Igen	
--	------	--

**Kérjük erősítsék meg, hogy jól értelmezzük, miszerint megajánlható olyan betegőrző központ, amely minden mért paraméterre 168 óra trendadat tárolására alkalmas?**

**AJÁNLATKÉRŐ 9. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

Ajánlattevő nem jól értelmezi a megajánlandó monitorrendszerrel szemben támasztott követelményeket, Ajánlatkérő elvárása min. 240 óra.

**10. KÉRDÉS**

A 2017/S 081-155874 kódszámú „*Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére*” közbeszerzési eljárás, 1. rész: Központi monitorrendszer 9 db moduláris monitorral (Központi monitor + Ágymelletti monitor) vonatkozásában az alábbi kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemmel fordulunk a T. Ajánlatkérő felé:

Ágymelletti monitor:

Mérési tartomány: Minimum 10-45 °C	Igen	
------------------------------------	------	--

**Kérjük erősítsék meg, hogy jól értelmezzük, miszerint megajánlható olyan ágymelletti páciensmonitor, melynek hőmérséklet mérési tartománya 25-45°C?**

**AJÁNLATKÉRŐ 10. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

Ajánlattevő nem jól értelmezi, Ajánlatkérő elvárása min. 10-45°C mérési tartomány.

**11. KÉRDÉS**

A 2017/S 081-155874 kódszámú „*Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére*” közbeszerzési eljárás, 2. rész: Központi monitorrendszer 12 db moduláris monitorral



(Moduláris monitor + Központi monitor) vonatkozásában az alábbi kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemmel fordulunk a T. Ajánlatkérő felé:

Az Ajánlati Felhívás/Dokumentáció alapján a megajánlandó monitorrendszerrel szemben támasztott követelmények:

Színes LCD/TFT kijelző min. 5"	Igen	
--------------------------------	------	--

Tekintettel arra, hogy transzport monitorról van szó, jól értelmezzük-e, hogy megajánlható olyan transzport monitor, melynek a kijelzője 3,5"?

### AJÁNLATKÉRŐ 11. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Ajánlattevő nem jól értelmezi, Ajánlatkérő elvárása min 5" színes LCD/TFT kijelző.

### 12. KÉRDÉS

A 2017/S 081-155874 kódszámú „*Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére*” közbeszerzési eljárás, 2. rész: Központi monitorrendszer 12 db moduláris monitorral (Moduláris monitor + Központi monitor) vonatkozásában az alábbi kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemmel fordulunk a T. Ajánlatkérő felé:

Az Ajánlati Felhívás/Dokumentáció alapján a megajánlandó monitorrendszerrel szemben támasztott követelmények:

Akkumulátoros működés min. 4 óra	Igen	
----------------------------------	------	--

Jól értelmezzük-e, hogy megajánlható olyan transzport monitor, melynek az akkumulátoros működési ideje 180 perc, ez a transzport teljes idejére biztosítja a működést?

### AJÁNLATKÉRŐ 12. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Ajánlattevő nem jól értelmezi, Ajánlatkérő elvárása az akkumulátoros működés esetében min. 4 óra.

### 13. KÉRDÉS

A 2017/S 081-155874 kódszámú „*Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére*” közbeszerzési eljárás, 2. rész: Központi monitorrendszer 12 db moduláris monitorral (Moduláris monitor + Központi monitor) vonatkozásában az alábbi kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemmel fordulunk a T. Ajánlatkérő felé:

Az Ajánlati Felhívás/Dokumentáció alapján a megajánlandó monitorrendszerrel szemben támasztott követelmények:

Trend ideje min. 72 óra	Igen	
-------------------------	------	--

Tekintettel arra, hogy a transzport közben gyűjtött adatok egy gombnyomással a betegőrző központba feltöltődnek, jól értelmezzük-e, hogy megajánlható olyan transzport monitor melynek a trend ideje 48 óra?

**AJÁNLATKÉRŐ 13. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

Ajánlattevő nem jól értelmezik, Ajánlatkérő elvárása min. 72 óra.

**14. KÉRDÉS**

A 2017/S 081-155874 kódszámú „*Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére*” közbeszerzési eljárás, 2. rész: Központi monitorrendszer 12 db moduláris monitorral (Moduláris monitor + Központi monitor) vonatkozásában az alábbi kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemmel fordulunk a T. Ajánlatkérő felé:

Központi monitor

Trend minden mért paraméterre min. 240 óra	Igen	
--	------	--

**Kérjük, erősítsék meg, hogy megajánlható olyan betegőrző központ, amely minden mért paraméterre 168 óra trend adat tárolására alkalmas?**

**AJÁNLATKÉRŐ 14. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

Ajánlattevő nem jól értelmezi, Ajánlatkérő elvárása min. 240 óra.

**15. KÉRDÉS**

A 2017/S 081-155874 kódszámú „*Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére*” közbeszerzési eljárás, 2. rész: Központi monitorrendszer 12 db moduláris monitorral (Moduláris monitor + Központi monitor) vonatkozásában az alábbi kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemmel fordulunk a T. Ajánlatkérő felé:

Központi monitor

Trend ideje min. 72 óra	Igen	
-------------------------	------	--

**Mivel a transzport közben gyűjtött adatok egy gombnyomással a betegőrző központba feltöltődnek, kérjük erősítsék meg, miszerint jól értelmezzük, hogy megajánlható olyan transzport monitor, melynek a trend ideje 48 óra?**

**AJÁNLATKÉRŐ 15. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

Ajánlattevő nem jól értelmezi, Ajánlatkérő elvárása min. 72 óra



**TÁJÉKOZTATÁS AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL:**

A Kbt. 52. § (4) bekezdése értelmében „Az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi vagy részvételi határidőt,

- a) *ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő az 56.§-ban meghatározottak szerinti időben kérte, nem tudja az előírt határidőben teljesíteni, vagy*
- b) *ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja.*”


A fent hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel tájékoztatom, hogy Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakra tekintettel az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosítása mellett döntött, ezért az ajánlattételi határidő módosításra került. **Ajánlatkérő Korrigendumot adott fel.**

**A módosított ajánlattételi határidő: 2017. május 12. (péntek) 14:00 óra!**

**Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 55.§ (1) bekezdése alapján módosítja a felhívásban, illetve a dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentáció elektronikusan megküldésre kerül azon ajánlattevők részére, akik a közbeszerzési dokumentáció letöltését ajánlatkérő részére jelezték, valamint feltöltésre kerül ajánlatkérő honlapjára.**

Pécs, 2017. május 8.

Tisztelettel:

  
\_\_\_\_\_  
Dr. Teszlerné dr. Csécsei Henrietta  
Ajánlatkérő képviselőjében

  
Bíróné Dr. Czeizinger Mariann  
közbeszerzési főosztályvezető