



Iktatószám: PTE /4520/2017
Tárgy: válasz 2017. 01. 18. napjáig
beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre
Ügyintéző: Biróné dr. Czeininger Mariann
Elérhetőség: +36 30 894-1637

Tisztelt Ajánlattevő!

A Pécsi Tudományegyetem (PTE), mint ajánlatkérő a „**Korszerű műtéti és diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére**” tárgyú (2017/S 001-000174) közbeszerzési eljárásában 2017. január 18. napjáig beérkezett kiegészítő tájékoztatáskérésekre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

1. KÉRDÉS

Az alkalmasság minimumkövetelményei M.1.) pontban Tisztelt Ajánlatkérő előírja „5. ajánlati rész esetében a nettó 61 346 457 forint értékű Fóliahegesztő berendezés és Gőzsterilizáló autokláv 6 STE szállításából származó referencia” meglétét.

Az ajánlati dokumentáció III. Műszaki Leírás fejezet 59. oldalán Elvárt műszaki paraméterek 7. sorában Kamra térfogata: min. 6 STE kötelezően megajánlandó paramétert ír elő.

Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt legyen szíves szinkronba hozni a két helyen előírt paramétert oly módon, hogy az Alkalmassági minimumkövetelményt az 5. rész esetében az alábbi módon módosítsa: 5. ajánlati rész esetében a nettó 61 346 457 forint értékű Fólia hegesztő és Gőzsterilizáló autokláv min.6 STE szállításából származó referencia

Fentiekkel kapcsolatban szeretnénk tájékoztatni Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy ismereteink szerint az elmúlt 3 évben ebből a készülék méretből (Gőzsterilizáló autokláv 6 STE) maximum egy gyártó rendelkezhet Magyarországon ilyen összegű referenciával.

Másik megjegyzésünk, hogy a 4,6,8,10,12 STE méretű Gőzsterilizáló autoklávok minden gyártó esetében teljesen azonos konstrukcióval és paraméterrel rendelkeznek, kivéve a készülék mélységét ami típusonként a méret növekedésével együtt minden alkalommal 30 centimétert növekszik.

Fenti változtatás megszüntetné a súlyosan versenykorlátozó előírást és biztosítaná az esélyegyenlőséget és a nyílt versenyt.

AJÁNLATKÉRŐ 1. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Ajánlatkérő Korrigendumot adott fel, amelyben a fenti kérdéssel kapcsolatban az alábbiak szerint módosította az ajánlati felhívás III.1.3) pontjában a Műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelménye(i)t:

Ajánlatkérő az 5. ajánlati rész tekintetében az alkalmasság minimum követelményeit az alábbiakban határozza meg:

M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban nem rendelkezik összességében legalább

5. ajánlati rész esetében a nettó 61 346 457 forint értékű Fóliahegesztő berendezés és Gőzsterilizáló autokláv minimum 6 STE szállításából származó referenciával.

2. KÉRDÉS

Az alkalmasság minimumkövetelményei M.1.) pontban Tisztelt ajánlatkérő előírja „6. ajánlati rész esetében a **nettó 30 866 142 forint értékű Gőz-formalin sterilizáló autokláv 4 STE** szállításából származó referencia” meglétét.

Az ajánlati dokumentáció III. Műszaki Leírás fejezet 61. oldalán Elvárt műszaki paraméterek 7. sorában Kamra térfogata: min. 4 STE kötelezően megajánlandó paramétert írelő.

Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt legyen szíves szinkronba hozni a két helyen előírt paramétert oly módon, hogy az Alkalmassági minimumkövetelményt a 6. rész esetében az alábbi módon módosítsa:**Gőz-formalin sterilizáló autokláv min.4 STE** szállításából származó ...

Szeretnénk tájékoztatni Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy ismereteink szerint az elmúlt 3 évben egyetlen gyártó sem szállított Magyarországra 4 STE méretű készüléket, sőt van olyan nagyon ismert gyártó akinek gyártmányai között ez a méret nem szerepel.

Fenti alkalmassági előírás másik része a referencia összege sem teljesíthető. Ismereteink szerint a Gőz – formalin sterilizáló autoklávot gyártók többsége az elmúlt 3 évben egy - egy készüléket szállított Magyarországra melynek értéke nettó 20-25 millió forint között mozgott. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy az Alkalmassági minimumkövetelményt a 6. rész esetében az alábbi módon módosítsa:

„6.ajánlati rész estében a **nettó 20 000 000 forint értékű Gőz-formalin sterilizáló autokláv min.4 STE** szállításából származó referencia”.

A 6. ajánlati rész minimum feltétel alternatív megfogalmazása:

A Gőz-formalin sterilizáló autokláv alapvetően gőzsterilizáló autokláv formalin programmal és a hozzá tartozó hardware-el kiegészítve. Teljesen szakszerűen jár el Tisztelt Ajánlatkérő amennyiben az alkalmassági minimum feltételt a következő módon határozza meg:

„6. ajánlati rész esetében a **nettó 30 866 142 forint értékű Gőz sterilizáló autokláv min. 4 STE szállításából származó referencia**”

Fenti változtatással Tisztelt Ajánlatkérő megszüntetné a súlyosan versenykorlátozó előírást és biztosítaná a közbeszerzési törvényben is előírt esélyegyenlőséget és nyílt versenyt.

AJÁNLATKÉRŐ 2. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Ajánlatkérő Korrigendumot adott fel, amelyben a fenti kérdéssel kapcsolatban az alábbiak szerint módosította az ajánlati felhívás III.1.3) pontjában a Műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelménye(i)t:

Ajánlatkérő a 6. ajánlati rész tekintetében az alkalmasság minimum követelményeit az alábbiakban határozza meg:

M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban nem rendelkezik összességében legalább

6. ajánlati rész esetében a nettó 20 000 000 forint értékű Gőzsterilizáló autokláv minimum 4 STE szállításából származó referenciával.

3. KÉRDÉS

2. részajánlati kör 4. tétel: 12 csatornás EKG készülék

Jól értelmezzük, hogy Tisztelt Ajánlatkérő a minimum műszaki előírásban előírt készülék kocsit alatt kizárólag az EKG készülék gyártója által dedikáltan elfogadott, vagy gyártott, fékezhető kerekekkel, tároló rekesszel a tartozékok részére, illetve a készülék biztonságos rögzítéséhez előre kialakított rögzítési pontokkal rendelkező kocsit érti?

AJÁNLATKÉRŐ 3. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Ajánlatkérő a műszaki leírásban 2. részajánlati kör 4. tétel: 12 csatornás EKG készülékekhez előírt készülék kocsit alatt az alábbiakat érti: EKG készülék gyártója által dedikáltan elfogadott, vagy gyártott, fékezhető kerekekkel, tároló rekesszel a tartozékok részére, illetve a készülék biztonságos rögzítéséhez előre kialakított rögzítési pontokkal rendelkező kocsit.

A Műszaki leírás ennek megfelelően módosításra került.

4. KÉRDÉS

3. részajánlati kör: Műtőasztal

A műszaki táblázatban mennyiségként 7darab és opcionálisan 2 darab műtőasztal lett meghatározva.

A készülékkel szemben támasztott minimum műszaki előírások felsorolásában a tartozékoknál több helyen is 6+2 darab szerepel mennyiségként.

Jól gondoljuk, hogy Ajánlatkérő a tartozékokból is a beszerzendő termékkel azonos mennyiségű, vagyis 7 + 2 darabot kíván beszerezni?

Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt az ellentmondás feloldásában!

AJÁNLATKÉRŐ 4. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Ajánlatkérő a műszaki leírásban 3. részajánlati kör Műtőasztal beszerzése esetében az alábbi tartozékokból is a beszerzendő termékkel azonos mennyiséget kíván beszerezni az lentiek szerint:

Minimum műszaki előírás	Minimális elvárás	Megajánlott termék paraméterei
Tartozékok		
Osztott lábtartó pár 7+2 db	Igen	
Fejtartó 7+2 db	Igen	
Oldalkartartó 7+2 pár	Igen	
Anesztéziai líra (sín rögzítővel és hosszabbítóval) 7+2 db	Igen	
Csuklóbilincs 14+4 db	Igen	
Teströgzítő pánt 7+2 db	Igen	
Váltámasz pár rögzítővel 7+2 db	Igen	

Testtartó oldaltámasz 14+4 db	Igen	
Lábkapcsoló 7+2 db	Igen	
Vezeték nélküli távirányító 7+2 db	Igen	
Tároló kocsi kiegészítők részére 7+2 db	Igen	

A Műszaki leírás ennek megfelelően módosításra került.

5. KÉRDÉS

Tárgyi Ajánlati Felhívás 3. részajánlati pontjával kapcsolatosan (Műtőasztal) ezúton érdeklődünk, hogy az Ajánlatkérő elfogadja-e vagy egyenértékűnek tekinti-e a jelen e-mail mellékletében felsorolt eltéréseket a "Minimum műszaki előírások"-ban leírtakkal. Az eltéréseket piros színnel kiemeltünk.

Minimum műszaki előírás	Minimum elvárás	Megajánlott termék paraméterei
Infra távirányító mobil töltővel	igen	távirányító mobil töltővel, bluetooth
Magasság állítási tartomány (párnázat nélkül) min. 600 - 930 mm	igen	680 - 1180 mm
Fejtámla állthatósága minimum $\pm 45^\circ$	igen	plusz 25° / mínusz 45°
Osztott lábtartó elektromosan/elektrohidraulikusan állítható min. $+ 80^\circ$, $- 80^\circ$	igen	plusz 70° / mínusz 90° ,

Az eltérésekkel kapcsolatosan megjegyezni kívánjuk, hogy

a) A bluetooth kommunikáció a távirányító és a műtőasztal között előnyösebb, mint az infra, mivel a bluetooth esetében nem szükséges optikai "rálátás" (kapcsolat) a távirányító és az asztal között.

b) Bár az elvárt magasság állítási tartomány (párnázat nélkül) esetében a minimum 600 mm magasság helyett a cégünk által forgalmazott műtőasztal esetében ez min. 680 mm, összességében azonban 500 mm az asztalunk magasságának állítási lehetősége (680 - 1180 mm), az elvárt 330 mm-es magasság állítási lehetőséggel szemben (600 - 930 mm).

Csatolva az eltérések táblázata, melyben felsoroltakkal kapcsolatosan várjuk válaszukat.

AJÁNLATKÉRŐ 5. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

A műtőasztal esetén a dokumentációban szereplő paramétereken Ajánlatkérő **nem kíván módosítani**, tehát a kieg. táj. kérés szerint **nem módosulnak** a paraméterek.

6. KÉRDÉS

A tárgyi ajánlattételi felhívás 4. részajánlatában (Műtőlámpa) szereplő műszaki követelmények közül a készülékkel szemben támasztott követelmények táblázatban a táblázat alsó részében található:

Tartozékok:		
Mennyezeti közdarab	igen	

előírással kapcsolatosan érdeklődünk.

Kérjük szíveskedjenek pontosítani, mit értenek mennyezeti közdarabon. E kérdéshez szorosan kapcsolódóan kérjük szíveskedjenek megadni a műtőlámpa felfüggesztési/rögzítési magasságát, illetve amennyiben van a műtőben álmennyezet, úgy az álmennyezeti síkmagasságot is.

AJÁNLATKÉRŐ 6. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Figyelemmel arra, hogy a lámpák nem a végleges helyükre kerülnek felszerelésre – de azok is ismertek – így a mellékelt táblázatnak megfelelő „Jelenlegi fődém magasság”-hoz igazodó kivitelű lámpákat kérünk. Ahol a táblázatban megadott oszlopában „közdarab kell” I szerepel ott kérünk egy az eredeti függőleges tartó „oszlopot” kiváltó „közdarabot” amivel a végleges helyére lehet telepíteni a lámpákat, azaz amennyiben az oszlop cserélhető egy csere darabot, amennyiben az oszlop csak a talppal együtt cserélhető úgy avval együttes cseredarabot, igazodva a „Végleges hely” magasságához.

A jelenlegi lámpák típusát is megadtuk, hogy amennyiben ajánlattevő lámpájának osztóköre nem egyezik ezzel is tudjon számolni, hiszen a lámpák felszerelése, beüzemelése és üzempróbája ajánlattevő feladata. Minden ehhez tartozó szerelési feladattal, a villamosságot is beleértve!

Végleges helyen Fődém magasság	Végleges helyen Álmennyezet magasság	Közdarab kell	Jelenlegi fődém magasság	Jelenlegi lámpa
305	-	I	390	Medicor MLM 90
305	-	I	390	Medicor MLM 90
305	-	N	305	Nincs
365	290	N	365	Medicor MLM 90
365	290	I		DR Mach M3
365	290	N		DR Mach M380
370	290	I	395	DR Mach M380
370	290	I	380	DR Mach M3
280	-	N	280	DR Mach M380

A mérések jelenleg működő illetve nem bontható helyeken készültek, nyertes ajánlattevő feladata és felelőssége megrendelés véglegesítése előtt ezen méretek pontosítása.



TÁJÉKOZTATÁS AJÁNLTATTÉTELI HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL:

A Kbt. 52. § (4) bekezdése értelmében „Az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi vagy részvételi határidőt,

- a) ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő az 56.§-ban meghatározottak szerinti időben kérte, nem tudja az előírt határidőben teljesíteni, vagy
- b) ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja.”

A fent hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel tájékoztatom, hogy Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakra tekintettel az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosítása mellett döntött, ezért az ajánlattételi határidő módosításra került. **Ajánlatkérő Korrigendumot adott fel.**

A módosított ajánlattételi határidő: 2017. február 13. (hétfő) 14:00 óra!

Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 55.§ (1) bekezdése alapján módosítja a felhívásban, illetve a dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentáció elektronikusan megküldésre kerül azon ajánlattevők részére, akik a közbeszerzési dokumentáció feltöltését ajánlatkérő részére jelezték, valamint feltöltésre kerül ajánlatkérő honlapjára.

Pécs, 2017. január 19.

Tisztelettel:

Dr. Teszlerné dr. Csécsei Henrietta
Ajánlatkérő képviselőjében