



Tárgy: válasz 2017. 05.03 napjáig beérkezett  
kiegészítő tájékoztatás kérésekre  
Ügyintéző: Biróné dr. Czeininger Mariann  
Elérhetőség: +36 30 894-1637

Tisztelt Ajánlattevő!

A Pécsi Tudományegyetem (PTE), mint ajánlatkérő a „**Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére**” tárgyú (2017/S 081-155874) közbeszerzési eljárásában 2017. május 3. napjáig beérkezett kiegészítő tájékoztatáskérésekre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

#### 1. KÉRDÉS

1.

Az 1. rész megnevezésében az szerepel, hogy központi monitorrendszer 9 db moduláris monitorral (központi monitor + Ágymelletti monitor), ugyanakkor az ágymelletti monitor kiírásában nem szerepel a moduláris előírás és a követelmények teljesíthetők kedvezőbb árfekvésű kompakt ágymelletti monitorral is. Jól értelmezzük, hogy a specifikációs táblázatban szereplő követelmények az irányadóak és az azoknak való teljes megfelelés esetén megajánlható kompakt ágymelletti monitor is?

#### AJÁNLATKÉRŐ 1. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Igen, ajánlattevő jól értelmezi, az ajánlatra a specifikációs táblázatban szereplő követelmények az irányadóak.

#### 2. KÉRDÉS

2.

A 2. rész moduláris monitora kapcsán előírás 5 db kapnográf modul a 12 db monitorhoz. Jól értelmezzük, hogy a kapnográf moduloknak az előírt nagy, min. 15"-os monitorokba kell csatlakozniuk és nem a kis min. 5"-os transzport multi-paraméter modulokhoz?


#### AJÁNLATKÉRŐ 2. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Igen, ajánlattevő jól értelmezi, a kapnográf moduloknak az előírt nagy, min. 15"-os monitorokba kell csatlakozniuk.

Kérjük, hogy ajánlatukat a felhívásban, a dokumentációban és a kiegészítő tájékoztatásban foglaltaknak megfelelően készítsék el.

Pécs, 2017. 05. 03.

Tisztelettel:

  
Dr. Teszlerné dr. Csécei Henrietta  
Ajánlatkérő képviselőjében

