

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek¹ (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: **Pécsi Tudományegyetem**

Postai cím: **7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.**

Város: **Pécs**

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

7 darab fogászati kezelőegység beszerzése és üzembe helyezése a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint.

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

7 darab fogászati kezelőegység beszerzése és üzembe helyezése a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint.

Minimumkövetelmények:

Megnevezés	Minimum elvárások szerinti követelmények
Kezelőszék	
A kárpitozása legyen varrás nélküli, előírásoknak megfelelően higiénikusan tisztítható és fertőtleníthető.	megléte kötelező
A szék kárpitozása és a szék váza tisztítható, ellenálló porusmentes anyagból készüljön.	megléte kötelező
A kezelőszék legyen elektromechanikus emelésű, magasságtartománya biztosítsa az ülő és fekvő kezelést, valamint gyermek páciensek ellátását	megléte kötelező
A fejtámla legyen két "üzülettel" állítható, mozgatása fokozatmentesen történjen.	megléte kötelező
Rendelkezzen multifunkcionális lábkapcsolóval a kézidarabok, a kezelőszék kézmentes irányításához.	megléte kötelező
A székmozgás tartománya	390 - 730 mm
Lábbal vezérelhető elszívás	megléte kötelező
Orvosi oldal	
Rendelkezzen felsőkaros változatban az orvosi oldalon legalább 5 instrument kiépítéssel.	megléte kötelező
Rendelkezzen könnyen mozgatható, nem visszahúzó, kiakasztható ostorkarokkal.	megléte kötelező
A vezérlőasztal higiénikusan tisztítható legyen, levehető ütközésvédő lappal az instrumentek alatt.	megléte kötelező
Köpöcsésze, kézidarabok tartója levehető, sterilizálható legyen	megléte kötelező
Operációs lámpa min. 40.000 Lux fényerő, fogantyúja legyen levehető, sterilizálható. Rendelkezzen composave üzemmóddal.	megléte kötelező
Orvosi oldalon instrumentek	

3 funkciós puszter (levegő, víz, sprayköd), levehető sterilizálható	megléte kötelező
Mikromotor: szénkefe mentes, beépített nyomatékszabályozóval, elektromos mikromotor, LED fényforrással, belső hűtéssel, min. 100 - max 40.000 ford/perc fordulatszámmal és változtatható forgásiránnyal.	megléte kötelező
A turbina legyen ellátva visszaszívás-gátló szeleppel, fényes, nyomógombos, csúszásgátló bevonattal, min.18W teljesítménnyel, autoklávozható	megléte kötelező
Rendelkezzen ultrahangos, LED fényes fogkő-eltávolítóval, bővíthető hegyszettel	megléte kötelező min.3 hegyvel
Kuplung: sprayszabályozóval, visszaszívás-gátlóval, szerelt. Midwest csatlakozású, vízmennyiség szabályozóval, Led fényforrással	megléte kötelező
1:5-es áttételű, fényes (legalább 25.000 LUX fényerő) gyorsító, autoklávozható	megléte kötelező
1:1-es áttételű, fényes könyökdarab, nyomógombos, autoklávozható	megléte kötelező
Vizesblokk	
Kifordítható, levehető, sterilizálható, porcelánból készült köpőcsésze.	megléte kötelező
Kompakt vizesblokk nyomákszabályozóval	megléte kötelező
Rendelkezzen CS1 szeparátorral	
Legyen csatlakoztatható un. száraz elszívőrendszerhez	megléte kötelező
Asszisztens oldal	
Automatikusan tisztítható elszívőtömlők, az elszívó rendszer folyamatos átöblítéséhez, lerakódások, eltömődések megakadályozására	megléte kötelező
Állítható magasságú asszisztensi vezérlő kar.	megléte kötelező
Rendelkezzen exhaustor és nyálszívó tömlővel, valamint további 2 instrument bővítési hellyel.	megléte kötelező
Orvosi konzollal megegyező vezérlőfelület (székmozgatás, pohártöltő, öblítő).	megléte kötelező
Lábkapcsoló	
Kombinált lábkapcsoló az instrumentek és a szék funkciók állítására (műszerek ki-be kapcsolása, folyamatos fordulatszám és intenzitákszabályozás, spray ki-be kapcsolása, chipblower, mikromotor forgásirány változtatás, székfunkciók).	megléte kötelező
Orvosi + asszisztens szék	
Állítható magassággal, ülőlap dőlésszöggel, billenő hátlappal	megléte kötelező
A kárpitozása legyen varrás nélküli, előírásoknak megfelelően higiénikusan tisztítható és fertőtleníthető.	megléte kötelező
Páciensszékkel azonos kárpitozású legyen	megléte kötelező

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. 112.§ (1) b pont

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti rezsimben

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:-

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel²

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: ¹ []/[]/S []-[]-[]-[]-[]

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ¹ []/[]/[]/[] (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: ² (éééé/hh/nn)

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: ²

V. szakasz: Az eljárás eredménye ¹

A szerződés száma: [1] Rész száma: ² [1] Elnevezés:

Az eljárás eredményes volt X igen o nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ ²

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka:

o A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők ²

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

A) *Euromedic-Dent Kft. 1051 Budapest, Dorottya utca 1. II. em.*

Értékelési részzempontok		Ajánlati elem	Ajánlati össz. nettó ár (Ft)	Vállalás
I. Ajánlati ár (mely tartalmazza az üzembe helyezés költségét)		70	31 800 000	
II. A motor, a kézidarabok és a kezelőegység is azonos gyártótól származik	Igen/nem	10		Igen
III. Lehetőség van a későbbiekben az orvosi oldalon 6. Instrumentum kiépítésére	Igen/nem	5		Igen
IV. Mikromotor súlya (max 90 gr), előnyt élvez az ennél kisebb	gramm	5		69 gramm
V. Állítható színhőmérséklet	Igen/nem	5		Igen
VI. LED lámpa érintés nélküli kapcsolásvezérlése	Igen/nem	5		Igen

B) Ajánlattevő neve, székhelye: Front-dent Kft. 1135 Budapest, Országbíró utca 65.

Értékelési részszerpontok		Ajánlati elem	Ajánlati össz. nettó ár (Ft)	Vállalás
I. Ajánlati ár (mely tartalmazza az üzembe helyezés költségét)		70	31 940 000	
II. A motor, a kézidarabok és a kezelőegység is azonos gyártótól származik	Igen/nem	10		Igen
III. Lehetőség van a későbbiekben az orvosi oldalon 6. Instrumentum kiépítésére	Igen/nem	5		Igen
IV. Mikromotor súlya (max 90 gr), előnyt élvez az ennél kisebb	gramm	5		67 gramm
V. Állítható színhőmérséklet	Igen/nem	5		Nem Fényhőmérséklet 5000 K
VI. LED lámpa érintés nélküli kapcsolásvezérlése	Igen/nem	5		Igen

C) Ajánlattevő neve, székhelye: Dentalcoop-Plus Kft. 9700 Szombathely, Stromfeld Aurél utca 15/a

Értékelési részszerpontok		Ajánlati elem	Ajánlati össz. nettó ár (Ft)	Vállalás
I. Ajánlati ár (mely tartalmazza az üzembe helyezés költségét)		70	30 950 000	
II. A motor, a kézidarabok és a kezelőegység is azonos gyártótól származik	Igen/nem	10		Igen
III. Lehetőség van a későbbiekben az orvosi oldalon 6. Instrumentum kiépítésére	Igen/nem	5		Igen

IV. Mikromotor súlya (max 90 gr), előnyt élvez az ennél kisebb	<i>gramm</i>	<i>5</i>		<i>85 gramm</i>
V. Állítható színhőmérséklet	<i>Igen/nem</i>	<i>5</i>		<i>Nem</i>
VI. LED lámpa érintés nélküli kapcsolásvezérlése	<i>Igen/nem</i>	<i>5</i>		<i>Igen</i>

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők²

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

D) Ajánlattevő neve, székhelye: Allegro Kft. 1045 Budapest, Berliini út 47-49.

Értékelési részszerzőpontok		Ajánlati elem	Ajánlati össz. nettó ár (Ft)	Vállalás
I. Ajánlati ár (mely tartalmazza az üzembe helyezés költségét)		70	70 479 500 Ft	
II. A motor, a kézidarabok és a kezelőegység is azonos gyártótól származik	<i>Igen/nem</i>	<i>10</i>		<i>Igen</i>
III. Lehetőség van a későbbiekben az orvosi oldalon 6. Instrumentum kiépítésére	<i>Igen/nem</i>	<i>5</i>		<i>Igen</i>
IV. Mikromotor súlya (max 90 gr), előnyt élvez az ennél kisebb	<i>gramm</i>	<i>5</i>		<i>60 gramm</i>
V. Állítható színhőmérséklet	<i>Igen/nem</i>	<i>5</i>		<i>Nem</i>
VI. LED lámpa érintés nélküli kapcsolásvezérlése	<i>Igen/nem</i>	<i>5</i>		<i>Igen</i>

Érvénytelenség indoka: Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: Ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Ajánlattevő által megajánlott berendezés műszaki paramétereinek egyenértékűsége nem igazolható, és nem feleltethető meg az Ajánlatkérő által megadott minimumkövetelmények

V.2 Az eljárás eredménye²

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: [4]

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 3 darab érvényes ajánlat

A) *Euromedic-Dent Kft. 1051 Budapest, Dorottya utca 1. II. em.*

<i>Értékelési részzempontok</i>		<i>Ajánlati elem</i>	<i>Ajánlati össz. nettó ár (Ft)</i>	<i>Vállalás</i>
<i>I. Ajánlati ár (mely tartalmazza az üzembe helyezés költségét)</i>		<i>70</i>	<i>31 800 000</i>	
<i>II. A motor, a kézidarabok és a kezelőegység is azonos gyártótól származik</i>	<i>Igen/nem</i>	<i>10</i>		<i>Igen</i>
<i>III. Lehetőség van a későbbiekben az orvosi oldalon 6. Instrumentum kiépítésére</i>	<i>Igen/nem</i>	<i>5</i>		<i>Igen</i>
<i>IV. Mikromotor súlya (max 90 gr), előnyt élvez az ennél kisebb</i>	<i>gramm</i>	<i>5</i>		<i>69 gramm</i>
<i>V. Állítható színhőmérséklet</i>	<i>Igen/nem</i>	<i>5</i>		<i>Igen</i>
<i>VI. LED lámpa érintés nélküli kapcsolásvezérlése</i>	<i>Igen/nem</i>	<i>5</i>		<i>Igen</i>

Ajánlattevő az előírt határidőn belül benyújtotta hiánypótlását, ezért ajánlata maradéktalanul megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott követelményeknek.

Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozattal igazolta, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt-ben meghatározott kizáró okok.

Ajánlatkérő felhívására az eredményhirdetést megelőzően csatolta a Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján a kizáró okok és alkalmassági követelmények tekintetében bekért igazolásokat.

B) *Ajánlattevő neve, székhelye: Front-dent Kft. 1135 Budapest, Országbíró utca 65.*

<i>Értékelési részzempontok</i>		<i>Ajánlati elem</i>	<i>Ajánlati össz. nettó ár (Ft)</i>	<i>Vállalás</i>

<i>I. Ajánlati ár (mely tartalmazza az üzembe helyezés költségét)</i>		<i>70</i>	<i>31 940 000</i>	
<i>II. A motor, a kézidarabok és a kezelőegység is azonos gyártótól származik</i>	<i>Igen/nem</i>	<i>10</i>		<i>Igen</i>
<i>III. Lehetőség van a későbbiekben az orvosi oldalon 6. Instrumentum kiépítésére</i>	<i>Igen/nem</i>	<i>5</i>		<i>Igen</i>
<i>IV. Mikromotor súlya (max 90 gr), előnyt élvez az ennél kisebb</i>	<i>gramm</i>	<i>5</i>		<i>67 gramm</i>
<i>V. Állítható színhőmérséklet</i>	<i>Igen/nem</i>	<i>5</i>		<i>Nem Fényhőmérséklet 5000 K</i>
<i>VI. LED lámpa érintés nélküli kapcsolásvezérlése</i>	<i>Igen/nem</i>	<i>5</i>		<i>Igen</i>

Ajánlattevő az előírt határidőn belül benyújtotta hiánypótlását, ezért ajánlata maradéktalanul megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott követelményeknek.

Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozattal igazolta, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt-ben meghatározott kizáró okok.

C) Ajánlattevő neve, székhelye: Dentalcoop-Plus Kft. 9700 Szombathely, Stromfeld Aurél utca 15/a

<i>Értékelési részszempontok</i>		<i>Ajánlati elem</i>	<i>Ajánlati össz. nettó ár (Ft)</i>	<i>Vállalás</i>
<i>I. Ajánlati ár (mely tartalmazza az üzembe helyezés költségét)</i>		<i>70</i>	<i>30 950 000</i>	
<i>II. A motor, a kézidarabok és a kezelőegység is azonos gyártótól származik</i>	<i>Igen/nem</i>	<i>10</i>		<i>Igen</i>
<i>III. Lehetőség van a későbbiekben az orvosi oldalon 6. Instrumentum kiépítésére</i>	<i>Igen/nem</i>	<i>5</i>		<i>Igen</i>
<i>IV. Mikromotor súlya (max 90 gr), előnyt élvez az ennél kisebb</i>	<i>gramm</i>	<i>5</i>		<i>85 gramm</i>

<i>V. Állítható színhőmérséklet</i>	<i>Igen/nem</i>	<i>5</i>	/	<i>Nem</i>
<i>VI. LED lámpa érintés nélküli kapcsolásvezérlése</i>	<i>Igen/nem</i>	<i>5</i>	/	<i>Igen</i>

Ajánlattevő az előírt határidőn belül benyújtotta hiánypótlását, ezért ajánlata maradéktalanul megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott követelményeknek.

Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozattal igazolta, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt-ben meghatározott kizáró okok.

Ajánlatkérő felhívására az eredményhirdetést megelőzően csatolta a Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján a kizáró okok és alkalmassági követelmények tekintetében bekért igazolásokat.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése²

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerpont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

<i>Értékelési szempont</i>	<i>Súlyszám</i>	<i>Euromedic-Dent Kft</i>		<i>Front-dent Kft</i>		<i>Dentalcoop-Plus Kft</i>	
		<i>Értékelési pontszám</i>	<i>Értékelési pontszám és súlyszám szorzata</i>	<i>Értékelési pontszám</i>	<i>Értékelési pontszám és súlyszám szorzata</i>	<i>Értékelési pontszám</i>	<i>Értékelési pontszám és súlyszám szorzata</i>
<i>I. Ajánlati ár (mely tartalmazza az üzembe helyezés költségét)</i>	<i>70</i>	<i>9,759</i>	<i>683,16</i>	<i>9,721</i>	<i>680,472</i>	<i>10</i>	<i>700</i>
<i>II. A motor, a kézidarabok és a kezelőegység is azonos gyártótól származik</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>100</i>
<i>III. Lehetőség van a későbbiekben az orvosi oldalon 6. Instrumentum kiépítésére</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	<i>50</i>	<i>10</i>	<i>50</i>	<i>10</i>	<i>50</i>
<i>IV. Mikromotor súlya (max 90 gr), előnyt élvez az ennél kisebb</i>	<i>5</i>	<i>9,739</i>	<i>48,695</i>	<i>10</i>	<i>50</i>	<i>8,094</i>	<i>40,470</i>
<i>V. Állítható színhőmérséklet</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	<i>50</i>	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>5</i>
<i>VI. LED lámpa érintés nélküli kapcsolásvezérlése</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	<i>50</i>	<i>10</i>	<i>50</i>	<i>10</i>	<i>50</i>
<i>Összesen</i>			<i>981,825</i>		<i>935,472</i>		<i>945,47</i>

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: legjobb ár-érték elve

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

A legjobb ár-érték bírálati szempontja szerint a Euromedic-Dent Kft (1051 Budapest, Dorottya utca 1. II. em)

Ellenszolgáltatás összege: nettó 31 800 000 - Ft +ÁFA

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele² o igen X nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:²

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:²**V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek²**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők²

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

D) Ajánlattevő neve, székhelye: Allegro Kft. 1045 Budapest, Berlini út 47-49.

Értékelési részzempontok		Ajánlati elem	Ajánlati össz. nettó ár (Ft)	Vállalás
I. Ajánlati ár (mely tartalmazza az üzembe helyezés költségét)		70	70 479 500 Ft	
II. A motor, a kézidarabok és a kezelőegység is azonos gyártótól származik	Igen/nem	10		Igen
III. Lehetőség van a későbbiekben az orvosi oldalon 6. Instrumentum kiépítésére	Igen/nem	5		Igen
IV. Mikromotor súlya (max 90 gr), előnyt élvez az ennél kisebb	gramm	5		60 gramm
V. Állítható színhőmérséklet	Igen/nem	5		Nem
VI. LED lámpa érintés nélküli kapcsolásvezérlése	Igen/nem	5		Igen

Érvénytelenség indoka: Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: Ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Ajánlattevő által megajánlott berendezés műszaki paramétereinek egyenértékűsége nem igazolható, és nem feleltethető meg az Ajánlatkérő által megadott minimumkövetelmények

VI. szakasz: Kiegészítő információk**VI.1) További információk:²**

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdete: 2016. március 7 / Lejárata: 2016. március 17

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016. március 07.**VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:** 2016. március 07.**VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka**²**VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja**² (éééé/hh/nn)**VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja**² (éééé/hh/nn)**VI.1.7) Az összegezés javításának indoka**²**VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja**² (éééé/hh/nn)**VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja**² (éééé/hh/nn)**VI.1.10) További információk:**²

Pécs, 2016. március 07.

¹ szükség szerinti számban ismételve meg² adott esetben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS